

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego z dnia 11.03.2026 r.

Lp.	Nazwa towaru/ usługi	Opis funkcjonalny/ jakościowy – minimalne wymagania
1	Aparat EKG	• dotykowy ekran minimum 7 cali o rozdzielczości minimum 1024 x 600 px, • 12-kanalowe EKG spoczynkowe • pojemność baterii minimum 1000 raportów • wizualna analiza rytmu • wyzwalacz QRS • klawiatura ekranowa na panelu dotykowym – QWERTY • zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–240 Hz (+/- 10% w każdym zakresie pomiaru) • cyfrowa rozdzielczość przetwornika: minimum 24 bity • zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM (+/- 10% w każdym zakresie pomiaru) • wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3000 badań / 2000 pacjentów • dokładność pomiaru tętna: $\pm 10\%$ albo ± 5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa • możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI • współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych • gwarancja minimum 24 miesiące
2	Holter EKG	• rejestrator 3 kanałowy • zapis minimum 48 godzin • wyświetlacz LCD • komunikacja z komputerem przez kabel USB • wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń • analiza rytmu • współpraca z kompleksową platformą medyczną integrującą narzędzia diagnostyczne dla pracowni kardiologicznej • gwarancja minimum 24 miesiące